en

Overall length

Contains or presence of phthalates

Use by YYYY-MM-DD

Date of manufacture YYYY-MM-DD

Unit quantity in packaging

Batch code

Sterilized using ethylene oxide

Do not reuse

Consult instructions for use

+50°C (+122°F) -10°C (+14°F) Temperature limitation

Not for use in an MRI field

Do not resterilise

Do not use if package is damaged

Keep dry

Keep away from sunlight

Manufacturer

Attention: Under US Federal law, this device may be only sold to a physician or ordered by a physician.

For further information about symbols used please refer to our homepage: **www.moeller-medical.com/glossary-symbols**

Tube set for lumbar infusion test *LiquoGuard®*

Safe for use in connection with CSF drainage pump *LiquoGuard®*

ATTENTION:
Observe the *LiquoGuard®* operating instructions.
Do not use product if package is damaged.

Art.No: 00 002 962

Tube length: 1500 mm

ATTENTION:
To use this tube set with the CSF drainage pump *LiquoGuard®*, please perform the following steps:

1. Remove the tube set from the package and clip the adhesive electrode to the pressure sensor housing.
2. Insert the tube set into the pump. Ensure that the connecting pieces are correctly seated in the guides. Turn the pump rotor counter-clockwise by three rotations. Check whether the pump tube was correctly threaded.
3. Connect the sensor cable to the pump.
4. Remove the protective cap from the spike and insert the spike into the bag with infusion solution.
5. Remove the protective cap from the one-way-stop cock and fill (aerate) the tube set.
6. Use an epidural cannula with Luer connection and Tuohy cut incl. stylet
   – Inner diameter 18G (1.3 mm) or larger
   – Length approx. 80 mm (depending on patient)
   for the puncture of the patient (not available in Möller Medical's product line).
7. Connect cannula with the tube set.
8. Attach the pressure sensor housing to the patient.

During all steps observe the instructions displayed on the ***LiquoGuard®*** as well as the operating instructions of the ***LiquoGuard®*** operating manual.

Single-use: Reuse of single-use devices creates a potential risk of patient or user infections. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient. Cleaning, disinfection and sterilisation may compromise essential material and design characteristics leading to device failure.

ATTENTION:
Before removing or replacing the tube set always close both stop cocks.

CE 0482

MöllerMedical

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

ru

Полная длина

Содержание или присутствие фталатов

Использовать до Год месяц день

Дата изготовления Год месяц день

Количество изделий в упаковке

Код па рти и

Стерилизовано с использованием этиленоксида

Одноразового использования

Смотрите инструкции по использованию

+50°C (+122°F) -10°C (+14°F) Ограничение температур

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Стер ил изо в ано!

Не исп ользу йте, есл и упа ко в ка пов р ежден а

Бе ре чь от вла ги

Не допус к ать поп ад ан ия солне чн ог о с вета

Производитель

Внимание! Согласно федеральному законодательству США данный продукт разрешено продавать только врачам или по заказу врачей.

Дополнительную информацию об используемых символах можно найти на нашей домашней странице: www.moeller-medical.com/glossary-symbols

Набор для люмбального инфузионного теста *LiquoGuard®*

Используйте эту инструкцию для подключения набора к дренажной системе *LiquoGuard®*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Не используйте набор в случае обнаружения повреждений упаковки.

Арт № 00 002 962

Длина набора: 1500 mm

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для использования этого набора с дренажной системой *LiquoGuard®* необходимо сделать следующее:

1. Достаньте набор из упаковки, прикрепите самоклеящийся фиксатор к датчику давления.
2. Подсоедините набор к прибору. Убедитесь, что все соединяющиеся части соединены правильно. Поверните ротор прибора трижды против часовой стрелки. Проверьте, что трубка набора правильно заправлена в ротор.
3. Подключите сенсорный кабель к прибору.
4. Удалите защитную заглушку со стороны острия и поместите острие в инфузионный раствор.
5. Удалите защитную заглушку для обеспечения тока жидкости в системе.
6. Используйте эпидуральную канюлю с соединением типа «Люэр» и иглой Туохи, укомплектованной мандреном:
   – внутренний диаметр 18G (1,3 мм) или более;
   – длина около 80 мм (в зависимости от индивидуальных особенностей пациента);
   для проведения пункции (отсутствует в товарном ассортименте Möller Medical).
7. Подключите канюлю к набору.
8. Подключите датчик давления к пациенту с помощью самоклеющегося фиксатора.

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и инструкции пользователя ***LiquoGuard®***

Для одноразового использования
Повторное использование одноразового изделия использования создает потенциальный риск инфицирования пациента или пользователя. Загрязнение устройства может привести к болезни или смерти пациента. Дезинфекция и стерилизация могут поставить под угрозу материал и структуру, приводящие к отказу изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед тем как удалить или заменить набор.

CE 0482

MöllerMedical

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

el

συνολικό μήκος

περιέχει ή παρουσιάζει ίχνη φθαλικών εστέρων

Χρήση μέχρι ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Ημερομηνία κατασκευής ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

ποσότητα στη συσκευασία

Κωδικός παρτίδας

Αποστειρώθηκε σε οξείδιο του αιθυλενίου

Υλικό μιας χρήσης

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

+50°C (+122°F) -10°C (+14°F) περιορισμός θερμοκρασίας

Να μη χρησιμοποιείται σε μαγνητικό πεδί

Να μην επαναποστειρώνεται

Να μην χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευασία έχει αλλοιωθί

Διατηρήστε το στεγνό

από το φως του ήλιου προστατεύοντ κατάστημα

Κατασκευαστής

Προσοχή: Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ η πώληση του παρόντος προϊόντος επιτρέπεται μόνο σε ιατρό ή κατόπιν παραγγελίας ιατρού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας: **www.moeller-medical.com/glossary-symbols**

Σετ Σωλήνων για δοκιμαστική έγχυση στην οσφυϊκή μοίρα με τη συσκευή *LiquoGuard®*

Ειδικό Σετ για σύνδεση με αντλία παροχέτευσης *LiquoGuard®*

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση.
Να μη χρησιμοποιηθεί το προϊόν εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη.

Art.No: 00 002 962

Μήκος Σωλήνα: 1500 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το σετ σωλήνων με την αντλία *LiquoGuard®* παροχέτευσης ΕΝΥ, παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω:

1. Βγάλτε τους σωλήνες από τη συσκευασία και σταθεροποιήστε το αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο στον αισθητήρα πίεσης.
2. Εισάγετε τους σωλήνες στην αντλία. Βεβαιωθείτε ότι τα συνδετικά τμήματα κάθονται σωστά πάνω στους οδηγούς. Περιστρέψτε το ρότορα της αντλίας αριστερόστροφα για 3 περιστροφές. Ελέγξτε αν η σωλήνα της αντλίας έχει εισαχθεί σωστά.
3. Συνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα πίεσης στην αντλία.
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα από το μυτερό άκρο και συνδέστε το με το διάλυμα προς έγχυση.
5. Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα από το one-way stop cock και γεμίστε τους σωλήνες.
6. Χρησιμοποιήστε μια επισκληρίδιο κάνουλα με σύνδεση τύπου Luer και εσμυρισμένο στόμιο Tuohy με στυλεό
   – Εσωτερική διάμετρος 18G (1,3 mm) ή μεγαλύτερη
   – Μήκος περ. 80 mm (ανάλογα με τον ασθενή)
   για την παρακέντηση του ασθενούς (μη διαθέσιμο στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Möller Medical).
7. Συνδέστε την κάνουλα με το σετ σωλήνων.
8. Εφαρμόστε τον αισθητήρα πίεσης στον ασθενή.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω βημάτων παρατηρείτε τα μηνύματα που εμφανίζονται στο Monitor, καθώς επίσης τις οδηγίες χρήσης από το Manual του μηχανήματος.

Μιας χρήσης: Η επαναχρησιμοποίηση των συσκευών μιας χρήσης δημιουργεί πιθανό κίνδυνο μολύνσεων ασθενών ή χρηστών. Η μόλυνση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενή. Ο καθαρισμός, η απολύμανση και η αποστείρωση μπορεί να αλλοιώσουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά υλικού και σχεδίου που θα οδηγήσουν στην ελαττωματική λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε το σετ σωλήνων πάντα να κλείνετε πάντα τα stop cock.

CE 0482

MöllerMedical

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

de

Gesamtlänge

Enthält oder Anwesenheit von Phthalate

Verwendbar bis JJJJ-MM-TT

Herstellungsdatum JJJJ-MM-TT

Stückzahl in Verpackung

Loscode

Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht wiederverwenden

Gebrauchsanweisung beachten

+50°C (+122°F) -10°C (+14°F) Temperaturbegrenzung

Nicht zur Verwendung im MRT

Nicht resterilisieren

Inhalt beschädigter Verpackung nicht verwenden

Vor Nässe schützen

Vor Sonnenlicht schützen

Hersteller

Vorsicht: Gemäß US-Amerikanischem Bundesrecht darf dieses Produkt nur an einen Arzt oder auf Bestellung eines Arztes verkauft werden.

Weitere Informationen zu den verwendeten Symbolen finden Sie auf unserer Homepage: **www.moeller-medical.com/glossary-symbols**

Schlauchset für lumbalen Infusionstest *LiquoGuard®*

Sicherheitstechnisch unbedenklich verwendungsfähig mit Liquor-Drainage-Pumpe *LiquoGuard®*

ACHTUNG:
Gebrauchsanweisung des *LiquoGuard®* beachten.
Produkt nicht bei beschädigter Verpackung verwenden.

Art.-Nr. 00 002 962

Schlauchlänge: 1500 mm

ACHTUNG:
Um dieses Schlauchset mit der Liquor-Drainage-Pumpe *LiquoGuard®* zu verwenden, beachten Sie bitte die nachfolgenden Schritte:

1. Entnehmen Sie das Schlauchset aus der Verpackung und clipsen Sie die Klebeelektrode an das Drucksensorgehäuse.
2. Legen Sie das Schlauchset in die Pumpe ein. Beachten Sie, dass die Anschlussstücke richtig in den Führungen sitzen. Drehen Sie den Pumpenrotor linksdrehend um 3 Umdrehungen. Kontrollieren Sie hierbei, dass der Pumpschlauch richtig eingefädelt wurde.
3. Schließen Sie das Sensorkabel an die Pumpe an.
4. Entfernen Sie die Schutzkappe am Einstechdorn und stecken Sie diesen in das Behältnis mit der Infusionslösung.
5. Entfernen Sie die Schutzkappe des 1-Wege-Hahnes und befüllen (entlüften) Sie das Schlauchset.
6. Verwenden Sie eine Epiduralkanüle mit Luer Anschluss und Tuohy-Schliff inkl. Mandrin
   – Innendurchmesser 18G (1,3 mm) oder größer
   – Länge ca. 80 mm (abhängig vom Patienten)
   zur Punktion des Patienten (nicht im Produktportfolio von Möller Medical verfügbar).
7. Verbinden Sie die Kanüle mit dem Schlauchset.
8. Befestigen Sie das Drucksensorgehäuse am Patienten.

Beachten Sie zu allen Schritten die Anweisungen am Display des ***LiquoGuard®*** sowie der Gebrauchsanweisung des ***LiquoGuard®***.

Einmalverwendung: Die Wiederverwendung von Einmalartikeln birgt das potentielle Risiko einer Infektion für Patient oder Bediener. Kontaminierte Artikel können zur Schädigung, Krankheit oder zum Tod des Patienten führen. Reinigung, Desinfektion und Sterilisation können entscheidende Materialeigenschaften und Produktparameter derart beeinträchtigen, dass dies zum Versagen der Artikel führt.

ACHTUNG:
Wenn das Schlauchset aus der Pumpe entnommen oder gewechselt wird, sind immer beide Hähne zu schließen.

CE 0482

MöllerMedical

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

30004187 / 2020-06-D

fr

Longueur totale

PHT DEHP Contient du phtalate ou présence de phtalate

Utiliser jusqu'au AAAA-MM-JJ

Date de fabrication AAAA-MM-JJ

QTY Nombre de pièces dans l'emballage

LOT Code du lot

STERILE EO Méthode de stérilisation utilisant de l'oxyde d'éthylène

Ne pas réutiliser

Consulter la notice d'utilisation

-10°C (+14°F) +50°C (+122°F) Limites de température

MRI Ne pas utiliser dans le champ d'une IRM

NON STERILE Ne pas restériliser

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Conserver au sec

Conserver à l'abride la lumière du soleil

Fabricant

℞ ONLY Attention: En vertu de la loi fédérale américaine, cet appareil ne peut être vendu qu'à un médecin ou commandé par un médecin.

De plus amples informations sur les symboles utilisés sont disponibles sur notre page d'accueil : **www.moeller-medical.com/glossary-symbols**

Kit de tubulure – pour test de perfusion lombaire *LiquoGuard®*

Sécurisé pour l'utilisation avec la pompe de drainage de LCR *LiquoGuard®*

ATTENTION:
Voir les instructions du *LiquoGuard®*.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Art.No: 00 002 962

Longueur de la tubulure: 1500 mm

ATTENTION:
Pour utiliser ce kit de tubulure avec la pompe de drainage de LCR *LiquoGuard®* les étapes suivantes sont nécessaires:

1. Sortez le kit de tubulure de l'emballage et clipsez l'électrode adhésive sur le boîtier du capteur de pression.
2. Insérez le kit de tubulure dans la pompe. Vérifiez que le pièce de raccordement est bien engagée dans les guides. Tournez le rotor de pompe de 3 tours vers la gauche. Vérifiez que la tubulure s'engage correctement.
3. Connectez le câble du capteur de pression au ***LiquoGuard®***.
4. Enlevez l'embout de protection sur l'aiguille et enfichez celle-ci dans le récipient contenant la solution de perfusion.
5. Enlevez l'embout de protection sur la vanne 1 voie et remplissez (purge de l'air) la tubulure souple.
6. Utilisez une canule épidurale avec embout Luer et aiguille Tuohy, mandrin inclus
   – Diamètre intérieur 18G (1,3 mm) ou plus
   – Longueur de 80 mm env. (en fonction du patient)
   pour effectuer une ponction sur le patient (non disponible dans la gamme de produits de Möller Medical).
7. Raccordez la canule à la tubulure souple.
8. Fixez le boîtier du capteur de pression sur le patient.

Suivre à chaque étape les indications affichées à l'écran de ***LiquoGuard®*** ainsi que les indication dans le manuel du ***LiquoGuard®***.

Usage unique: La réutilisation d'appareils à usage unique constitue un danger potentiel d'infection pour le patient ou l'utilisateur. La contamination de l'appareil peut être la cause de blessure, de maladie, voire entraîner la mort du patient. Le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent altérer des matériaux essentiels et des caractéristiques de construction et entraîner un disfonctionnement de l'appareil.

ATTENTION:
En enlevant le kit de tubulure de la pompe ou en changeant de kit, commencer toujours par fermer les deux vannes d'isolement.

CE 0482

MöllerMedical

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

es

Longitud total

PHT DEHP Contiene o presencia de Ftalatos

Fecha de caducidad AAAA-MM-DD

Fecha de fabricación AAAA-MM-DD

QTY Unidades de emballage

LOT Código de lote

STERILE EO Esterilizado con óxido de etileno

No reutilizar

Consúltense las instrucciones de uso

-10°C (+14°F) +50°C (+122°F) Limitación de temperatura

MRI No usar en el campo de la resonancia magnetica

NON STERILE No reesterilizar

No ut ilizar si el envase está dañado

Manténgase seco

Manténgase fuera de la luz del sol

Fabricante

℞ ONLY Atención: bajo la ley federal de los Estados Unidos, este dispositivo sólo puede ser vendido a un médico o ordenado por un medico.

Para obtener más información sobre los símbolos utilizados, consulte nuestra página web: **www.moeller-medical.com/glossary-symbols**

Juego de tubos para el test de infusión lumbar *LiquoGuard®*

Para uso con la bomba de drenaje de LCR *LiquoGuard®*

ATENCIÓN:
Seguir las instrucciones de funcionamiento de *LiquoGuard®*.
No usar el producto si el envase está dañado.

Art. n.º: 00 002 962

Longitud del tubo: 1500 mm

ATENCIÓN:
Para usar este juego de tubos con la bomba de drenaje de LCR, por favor seguir los siguientes pasos:

1. Sacar el juego de tubos del envase y fijar el electrodo adhesivo a la carcasa del sensor de presión.
2. Insertar el juego de tubos en la bomba. Comprobar que las piezas de conexión se encuentran ajustadas correctamente en las guías. Girar el rotor de la bomba en sentido antihorario hasta completar tres rotaciones. Comprobar que el tubo de la bomba esté enroscado correctamente.
3. Conectar el cable del sensor a la bomba.
4. Retirar el tapón protector de la punta e insertar la punta dentro de la bolsa de solución para infusión.
5. Retirar el tapón protector de la válvula de cierre de sentido único y llenar (airear) el juego de tubos.
6. Utilice una cánula epidural con conector Luer y bisel Tuohy, incluido el mandril.
   – Diámetro interior 18G (1,3 mm) o superior
   – Longitud aprox. 80 mm (en función del paciente)
   para la punción del paciente (no está disponible en el catálogo de productos de Möller Medical).
7. Conectar el catéter al juego de tubos.
8. Sujetar la carcasa del sensor de presión al paciente.

Seguir en todos los pasos las instrucciones indicadas en la pantalla de ***LiquoGuard®*** y las instrucciones de funcionamiento del manual de instrucciones de ***LiquoGuard®***.

Desechable: La reutilización de dispositivos desechables implica riesgos potenciales para el paciente o infecciones del facultativo. Un dispositivo contaminado puede provocar lesiones, enfermedades o incluso la muerte del paciente. La limpieza, desinfección y esterilización pueden menoscabar el material esencial y las características de diseño, dejando inservible al dispositivo.

ATENCIÓN:
Cerrar siempre las dos válvulas de cierre antes de sacar o sustituir el juego de tubos.

CE 0482

MöllerMedical

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

it

Lunghezza complessiva

PHT DEHP Contiene o presenza di ftalati

Utilizzare entro

Data di fabbricazione

QTY Q.tà pezzi nell'imballaggio

LOT Codice di lotto

STERILE EO Sterilizzato mediante ossido di etilene

Non riutilizzare

Consultare le istruzioni per l'uso

-10°C (+14°F) +50°C (+122°F) Limiti di temperatura

MRI Non utilizzabile in aree con Risonanza Magnetica

NON STERILE Non risterilizzare

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Conservare a secco

Conservare al riparo dalla luce solare

Fabbricante

℞ ONLY Attenzione: secondo la legge federale degli Stati Uniti, questo dispositivo può essere venduto solo a un medico o ordinato da un medico.

Per ulteriori informazioni sui simboli utilizzati, si prega di consultare la nostra homepage: **www.moeller-medical.com/glossary-symbols**

Circuito per il test di infusione lombare *LiquoGuard®*

Da utilizzarsi con il sistema di drenaggio CSF *LiquoGuard®*

ATTENZIONE:
Seguire le istruzioni d'uso per il sistema *LiquoGuard®*
Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata

Art.No: 00 002 962

Lunghezza Tubo: 1500 mm

ATTENZIONE:
Per utilizzare il circuito con il sistema *LiquoGuard®* per il drenaggio del CSF, si prega di seguire i seguenti passaggi:

1. Prendere il circuito dalla confezione ed attaccare la clip adesiva al sensore
2. Inserire la parte di circuito dedicata nell'alloggiamento della pompa peristaltica. Assicurarsi che le parti da connettere siano correttamente inserite nelle apposite guide. Ruotare per tre volte la pompa in senso antiorario. Controllare che il tubo sia posizionato in modo corretto.
3. Collegare il cavo del sensore di pressione al sistema ***LiquoGuard®***.
4. Rimuovere il cappuccio di protezione dalla parte terminale del circuito ed attaccarlo alla sacca di infusione.
5. Rimuovere il cappuccio dalla connessione ad una via ed aerare il circuito.
6. Utilizzare una cannula epidurale con attacco Luer e punta tipo Tuohy incl. mandrino
   – Diametro interno 18G (1,3 mm) o maggiore
   – Lunghezza ca. 80 mm (a seconda del paziente)
   per eseguire punture al paziente (non disponibile nel portafoglio prodotti di Möller Medical).
7. Connettere la cannula con il circuito.
8. Attaccare il sensore di pressione al paziente.

In ogni fase fare riferimento alle istruzioni mostrate sul display del sistema ***LiquoGuard®*** cosi come le indicazioni mostrate sul manuale d'uso.

Dispositivi monouso: La riutilizzazione dei dispositivi monouso rappresenta un rischio potenziale di infezione dei pazienti o degli utenti. La contaminazione del dispositivo può provocare danni, malattie o la morte del paziente. La pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione possono compromettere le caratteristiche materiali e tecniche essenziali e provocare guasti al dispositivo.

ATTENZIONE:
Prima di rimuovere o sostituire il circuito assicurarsi sempre di chiudere i rubinetti di connessione del circuito stesso.

CE 0482

MöllerMedical

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

sv

Total längd

PHT DEHP Kan innehålla spår av ftalater

Används före AAAA-MM-DD

Tillverkningsdatum AAAA-MM-DD

QTY Antal i förpackning

LOT Satsnummer

STERILE EO Steriliserad med etylenoxid

Får inte återanvändas

Läs bruksanvisningen

-10°C (+14°F) +50°C (+122°F) Temperaturbegränsning

MRI Får ej användas i MR miljö

NON STERILE Får inte omster i liseras

Får inte användas om förpackningen är skadad

Förvaras torrt

Utsätt inte för direkt solljus

Tillverkare

℞ ONLY Varning: Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas till en läkare eller beställas av en läkare.

För mer information om använda symboler se vår hemsida: **www.moeller-medical.com/glossary-symbols**

Slangset för Lumbal Infusionstest *LiquoGuard®*

Får endast användas tillsammans med *LiquoGuard®*

OBSERVERA:
Följ alltid *LiquoGuard®* bruksanvisning.
Använd ej produkt I skadad förpackning.

Art.No.: 00 002 962

Slanglängd: 1500 mm

OBSERVERA:
Vid användning av detta slangset tillsammans med *LiquoGuard®* skall följande steg utföras:

1. Ta slangsetet ur förpackningen och kläm fast klisterelektroden på trycksensorhuset.
2. Anslut dränagepåsen till slangsetet. Lägg in slangen i pumphuset och kontrollera att positionen är korrekt. Vrid pumprotorn moturs tre varv. Kontrollera att slangen ligger rätt.
3. Anslut sensorkabeln till ***LiquoGuard®***.
4. Ta av skyddshuven från stickproppen och för in den i påsen med infusionslösning.
5. Ta av skyddsproppen från envägsventilen och fyll slangsetet.
6. Använd en epiduralkanyl med Lueranslutning och Tuohy-slipning inkl. mandrin
   – innerdiameter 18G (1,3 mm) eller större
   – längd ca 80 mm (beroende på patient)
   för punktion av patienten (finns ej i produktportföljen från Möller Medical).
7. Koppla slangsetet till kanylen.
8. Placera trycksensorn till patienten.

Följ alltid informationen som visas på ***LiquoGuard®*** och informationen i ***LiquoGuard®*** bruksanvisning.

För engångsanvändning: Återanvändning av engångsmaterial skapar en potentiell risk för patient- och personalinfektioner. Kontaminering av aggregatet kan leda till skada, sjukdom eller patients död. Rengöring, desinfektion och sterilisering kan påverka ingående essentiella material och konstruktionskarakteristika som kan leda till funktionsfel.

OBSERVERA:
Stäng alltid kranarna före borttagande eller byte av slangset.

CE 0482

MöllerMedical

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany